



L.dz.: .../2021

Zabrze dnia ...2021 r.

Pytania dotyczące zapytania ofertowego nr

MGW.DZ.426/2021 "Dostawa wraz z montażem dygestorium filtracyjne nastołowe, przeznaczonego do bezpiecznej pracy z substancjami zagrażającymi życiu lub zdrowiu"

Pytania:

1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dygestorium nastołowe powinno być wyposażone w zlewik z pełną instalacją wodno-kanalizacyjną. Czy w związku z tym Zamawiający oczekuje dostarczenia komory wraz z częścią dolną, na której będzie osadzona komora, o wymiarach wysokości 2200 – 2450 przy zamkniętym oknie oraz 2750 przy oknie otwartym?
2. Czy w miejscu montażu komory nastołowej jest przygotowana instalacja wodno-kanalizacyjna?
3. Na jakiej wysokości i w jakiej odległości znajduje się przyłącze wentylacyjne oraz jaki jest jego wymiar przekroju?
4. W istotnych warunkach zamówienia w punkcie 3 wskazane jest aby dostarczone urządzenie podlegało 3 letniej gwarancji serwisowej. Czego Zamawiający oczekuje w ramach tej gwarancji?

Odpowiedzi:

1. Nie, dygestorium powinno być nastołowe, montowane na stworzonej wcześniej półce, która będzie instalowana dopiero po konsultacji z firmą dostarczającą dygestorium.
2. Tak. W pomieszczeniu można podłączyć się do podejścia kanalizacyjnego umywalki znajdującej się blisko planowanego miejsca instalacji dygestorium.
3. Pomieszczenie ma wysokość 2,5 m; otwór w ścianie zewnętrznej na wysokości 2,2-2,3 m.
4. W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem, usterek oczekuje się przyjazdu serwisu lub serwisu urządzenia w trybie zdalnym.


Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu
Dyrektor
Bartłomiej Szewczyk

Sen 